



# RDS DENTAL

- Nyt liv til gamle instrumenter

DATO: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

## INSTRUMENT SERVICE – FEJLBESKRIVELSE

---

NAVN: \_\_\_\_\_

ADRESSE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

---

Mærke: \_\_\_\_\_

Serienr.: \_\_\_\_\_

---

### FEJL

- |  |   |
|--|---|
| <input type="radio"/> Bliver varm          | <input type="radio"/> Boret sidder ikke fast          |
| <input type="radio"/> Lave omdrejninger    | <input type="radio"/> Boret vibrerer / kører med slør |
| <input type="radio"/> Ingen omdrejninger   | <input type="radio"/> Boret sidder fast               |
| <input type="radio"/> Lækker vand          | <input type="radio"/> Anden fejl, se beskrivelse      |
| <input type="radio"/> Utilstrækkelig spray |   |

---

### BESKRIV FEJL

\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RDS Dental – Nygårds Plads 2B – 2605 Brøndby

 32 21 01 01  info@rds-dental.dk  www.rds-dental.dk